

超氧化物歧化酶检测试剂盒（比色法）使用说明书

【产品名称】

通用名称：超氧化物歧化酶检测试剂盒（比色法）

英文名称：Superoxide Dismutase Kit(SOD)

【包装规格】

规格组成	适用仪器
30mL(试剂1： 1×25mL+ 试剂2： 1×5mL)	日立： 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼：LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 贝克曼 AU： AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；东芝： TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702； 美康： MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000；希森美康：CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C； 利霸：XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000； 迈瑞：BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M； 雅培 C16000、ci4100、ci16200； 西门子:ADVIA1800、ADVIA2400、ADVIA XPT
60mL(试剂1： 1×50mL+ 试剂2： 1×10mL)	日立： 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼：LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 贝克曼 AU： AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；东芝： TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702； 美康： MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280； 希森美康：CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C；雅培 C16000、ci4100、ci16200； 西门子:ADVIA1800、ADVIA2400、ADVIA XPT
78mL(试剂1： 1×65mL+ 试剂2： 1×13mL)	日立： 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼：LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 贝克曼 AU： AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；东芝： TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702； 美康： MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280； 希森美康：CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C；雅培 C16000、ci4100、ci16200； 西门子:ADVIA1800、ADVIA2400、ADVIA XPT
120mL(试剂1： 2×50mL+ 试剂2： 1×20mL)	日立： 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼：LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 东芝： TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702； 美康： MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000；希森美康：CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C； 利霸：XL-300、XL-600、XL-640、XL-1000； 迈瑞：BS-200、BS-220、BS-300、BS-320、BS-380、BS-400、BS-420、BS-500、BS-800、BS-2000M； 雅培 C16000、ci4100、ci16200； 西门子:ADVIA1800、ADVIA2400； ADVIA XPT
120mL(试剂1： 1×100mL+ 试剂2： 1×20mL)	日立： 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼：LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 东芝： TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 雅培 C16000、ci4100、ci16200； 西门子:ADVIA1800、ADVIA2400； ADVIA XPT； 罗氏：Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702
240mL(试剂1： 2×100mL+ 试剂2： 2×20mL)	日立： 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼：LX20、DXC600、DXC800、CX3、CX4、CX5、CX7、CX9； 东芝： TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 雅培 C16000、ci4100、ci16200； 西门子:ADVIA1800、ADVIA2400； ADVIA XPT； 罗氏：Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702
360mL(试剂1： 5×60mL+ 试剂2： 1×60mL)	日立： 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；贝克曼 AU： AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU1000、AU5421、AU480、AU680、AU5800；东芝： TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 罗氏 MODULAR、Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702； 美康： MS-480、MS-880、MS-480B、MS-880B、MS-300、MS-200、MS-1280、MS-2080、MS-1880、MS-1680、MS-680、MS-600、MS-520、MS-450、MS-L8080、MS-L7280、MS-L8060、MS-L8000；希森美康：CHEMIX-180、CHEMIX-800、BM-6010/C； 雅培 C16000、ci4100、ci16200； 西门子:ADVIA1800、ADVIA2400、ADVIA XPT
48mL(试剂1： 1×40mL+ 试剂2： 1×8mL)	迈瑞：BS-300、BS-400、BS-800、BS-2000M
600mL(试剂1： 5×100mL+ 试剂2： 1×100mL)	日立： 917、7020、7060、7080、7100、7150、7170、7180、7600、3100、3500、3110、008AS、006；东芝：TBA40FR、TBA120FR、TBA2000FR； 雅培 C16000、ci4100、ci16200； 西门子:ADVIA1800、ADVIA2400、ADVIA XPT； 罗氏：Cobas c311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702
1×65T(试剂1： 1×21.5mL+试剂2:1×4.3mL)	西门子： DIMENSION RXL、DIMENSION AR、DIMENSION EXL、DIMENSION X-PAND
6×65T(试剂1： 6×21.5mL+ 试剂2： 6×4.3mL)	
72mL(试剂1： 2×30mL+试剂2： 2×6mL)	麦迪卡 EasyRA
144mL(试剂1： 4×30mL+试剂2： 4×6mL)	
1×200T	罗氏：Cobasc 311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702； 日立： 008AS、006、3500
1×400T	
2×340T	西门子： ADVIA1800、ADVIA2400、ADVIA XPT
2×470T	
1×220T	西 门 子： Atellica
2×440T	
2×360T	日立： 008AS、006、3500
4×360T	
4×400T	罗氏：Cobasc 311、Cobas c501、Cobas c502、Cobas c701、Cobas c702

【预期用途】

用于血清中超氧化物歧化酶(SOD)活性的定量测定。

【检验原理】

在碱性条件下，邻苯三酚发生自氧化显色反应，同时生成超氧阴离子自由基(O₂⁻)，样本中 SOD 可以催化 O₂⁻ 的歧化反应。样本中 SOD 的活性与反应体系的显色反应强度呈正相关。

【主要组成成分】

试剂	成 分	含量
试剂 1	三羟甲基氨基甲烷缓冲液	50mmol/L
试剂 2	邻苯三酚	65mmol/L
	乙二醇四乙酸	1mmol/L

不同批次的试剂不推荐混合使用。

【储存条件及有效期】

试剂在 2～8℃避光保存可稳定 1 年，试剂不得冷冻。试剂开瓶后，2～8℃可稳定 1 个月。生产日期和使用期限见标签。

【样本要求】

- 血清。
- 血液采集后应及时分离血清。血清中 SOD 在 2～8℃可稳定 10 小时，在-20℃可稳定 1 个月。
- 干扰物质： 血红蛋白≤3 g/L，结合胆红素≤4.9mg/dL，非结合胆红素≤7.5 mg/dL，维生素 C≤30mg/dL 时对检测结果无影响。

【检验方法】

试剂配制

本试剂为液体，可直接使用。

测定条件

主波长	420nm	反应温度	37℃	反应方向	向上
副波长	700nm	反应方法	终点法		

操作步骤

样 本	12μL
试 剂 1	200μL
混匀， 37℃孵育 5min ，读取吸光度 A ₁	
试 剂 2	40μL
混匀， 37℃孵育 5min ，读取吸光度 A ₂ ， 计算ΔA= A ₂ - A ₁	

全自动生化分析仪自带程序参数输入法，上述的基本参数需结合此全自动生化分析仪自有的程序参数输入法，进行上机参数输入后试剂才能配套仪器自动测定。具体仪器的详细测定参数可与我司联系。

校准程序

按照生化分析仪操作手册中的校准程序操作。建议使用本公司校准品。

- 本产品使用时一般采用两点校准。
- 校准品按其说明书操作。
- 生化分析仪可根据校准结果自动绘制校准曲线。
- 每 2 周或当发生以下情况时，建议重新校准：变更试剂批号；质控值发生显著偏移；生化分析仪进行了较大的维护。
- 各实验室可根据具体情况制定自己的校准程序。

质量控制程序

质控品按其说明书操作，每天进行一次质控实验。

计算

$$\text{SOD 活性 (U/mL)} = \frac{\Delta A_{\text{测定}} - \Delta A_{\text{空白}}}{\Delta A_{\text{校准品}}} \times C_{\text{校准品}}$$

【检验结果的解释】

严重黄疸会导致结果偏高。样本活性超过线性范围时，请用生理盐水稀释后重新测定。当用于疗效检测和预后判断时，建议治疗前后分别进行 SOD 监测，若 SOD 水平明显变化并趋向于参考值，表明治疗有效。

【产品性能指标】

外观：试剂 1 为无色至淡黄色液体；试剂 2 为无色至淡黄色液体。
试剂空白吸光度：波长 420nm，光径 10mm，空白吸光度≤0.5000。
分析灵敏度：样本活性为 150U/mL 时，吸光度差值应大于 0.2000。
精密度：批内 CV≤10.0%；批间相对极差≤10.0%。
线性范围：15～250U/mL 范围内：a) 线性相关系数（r）应≥0.990；b）（15～100）U/mL 范围内，绝对偏差应≤10.0U/mL；（100～250）U/mL 范围内，相对偏差应≤10.0%。
准确度：回收率应在（100±20%）范围内。

【注意事项】

- 仅供科学研究使用。若不慎溅到人体表面如皮肤、眼睛等，必须用清水冲洗，如果误食则需到医院治疗。
- 如仪器无本试剂盒要求的波长，请选择接近的波长。
- 使用时请做好防护措施并严格执行实验操作规程。所有废弃物应按当地法规要求处理。
- 使用前请仔细阅读说明书。